

## 单一来源专家论证意见

使用单位	眉山市人民医院		
项目名称	宫腔电切镜		
预算金额	200000		
项目背景	<p>宫腔疾病诸如肌瘤、息肉、粘黏等，通过宫腔镜可直接行手术治疗，宫腔镜电切术与传统手术相比具有不开腹，明显缩短了术后恢复的时间，子宫无切口，极大地减少了日后剖宫产机率，并且手术预后可以与传统的开腹手术相媲美等优点。</p> <p>随着手术量的增加，我院从几年前开展宫腔等离子电切术以来，目前已经积累了良好的患者基础，手术量成倍增长，目前每个手术日基本维持在八到十台宫腔电切镜手术，现有的器械已经无法满足科室手术增长的需求。拟在医院该款奥林巴斯宫腔系统中增加与主机“ESG-300”同品牌的宫腔等离子电切镜。</p> <p>建议就宫腔等离子电切镜实行单一来源采购方式进行采购。宫腔等离子电切镜由奥林巴斯公司生产，目前，成都卫康和医疗器械有限公司是其指定的在眉山市人民医院奥林巴斯合法授权经销商，负责产品的销售和服务。</p>		
专家论证意见一	<p>为增加宫腔镜及器械灭菌流转效率，降低灭菌成本，也方便手室器械管理，计划采购的宫腔镜系统，需与现有奥林巴斯宫腔镜及操作附件配套混合配套洗消和使用。只有采购同一品牌宫腔镜能兼容现有奥林巴斯工作手柄及器械，也只有采购同一品牌工作手柄及器械能兼容现有奥林巴斯宫腔镜系统。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十二条之规定，关于单一系统的政策法规及相关规定，建议采用单一系统进行采购。</p>	论证专家姓名	郭靖
		职称	工程师

	论证专家单位部门			
专家论证意见二	<p>为节约成本，配置现有奥林巴斯摄像系统主机，本次采购的宫腔镜电切镜、检查镜、操作手柄及器械能更好的兼容现有主机使用。只有奥林巴斯同品牌宫腔镜配套现有奥林巴斯摄像系统能实现MBI窄带成像功能，用于宫腔内早癌筛查和辅助子宫内膜基本的精准手术治疗。因此为保障新购宫腔镜与现有摄像主机的兼容，以及保持宫腔镜的完整性优势，需要单一来源采购奥林巴斯宫腔镜系统。建议采用单一来源系统进行采购。</p>			
	论证专家姓名	王红权	职称	助理工程师
	论证专家单位部门	医学工程科		
专家论证意见三	<p>目前妇科在用的三套宫腔镜电切镜均为奥林巴斯系统的一部分，但由于成本大，使用时间长，均出现较为严重的损害，反复维修。如今需要采购电切镜机芯重置的操作手柄及器械，为节约和降低成本及满足临床需求，建议采购奥林巴斯宫腔镜与奥林巴斯成像系统主机配套使用。</p>			
	论证专家姓名	王红权	职称	助理工程师
	论证专家单位部门	医学工程科		

2024年1月2日